

Pytanie nr 1 Wykonawcy

Proszę o sprecyzowanie nazewnictwa : komunikaty głosowe przypominające o konieczności naładowania urządzenia, porze przyjęcia leków, wszystkie komunikaty muszą być w języku polskim. Nie dopuszcza się stosowania skrótów w językach obcych.

Odpowiedź Zamawiającego

Komunikat głosowy to krótki (najczęściej składający się z dwóch, trzech słów) i o odpowiednim poziomie głośności komunikat tekstowy w języku polskim emitowany przez głośnik urządzenia .

Pytanie nr 2 Wykonawcy

Czy Zleceniodawca dopuszcza komunikat np. o pomiarze ciśnienia w języku polskim, ale wynik ciśnienia (symbol) w języku międzynarodowym ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w zapytaniu ofertowym nie wymienił funkcji „ciśnienie” (skurczowe i rozkurczowe) jako funkcji monitorującej podstawową czynność życiową. Tymi funkcjami są puls i saturacja. Zamawiający oceni czy odczyt parametrów dodatkowych oferowanych przez Wykonawcę w urządzeniu utrudni odczyt parametrów podstawowych.

Grzegorz Tomaszewski

Kierownik MOPS w Wągrowcu

19.07.2023 r.