

**Zmiana stanowiska Zamawiającego z dnia 19.07.2023 w sprawie niżej wymienionego wniosku
Wykonawcy:**

1. Wniosek Wykonawcy dotyczący : *Puls i Saturacja*

Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i dostępnymi na rynku technologiami ŻADNE urządzenie typu opaska czy zegarek nie może spełnić prawidłowych warunków pomiaru saturacji, temperatury lub ciśnienia. Monitoring saturacji, temperatury oraz ciśnienia przez opaskę czy zegarek według lekarzy i opracowań naukowych jest bardzo nieprecyzyjny i nie może zostać użyty do oceny stanu zdrowia użytkownika. Elementarną wiedzą powszechną jest, iż temperatura skóry na nadgarstku i przedramieniu nie koresponduje z faktyczną temperaturą ciała i jest bardzo podatna na czynniki zewnętrzne. Nieadekwatne do stanu faktycznego pomiary mogą w efekcie prowadzić do błędnej diagnozy stanu zdrowia użytkownika, co implikuje możliwość wystąpienia nieprawidłowej reakcji osoby oceniającej stan zdrowia użytkownika - a w efekcie stanowić zagrożenie jego życia lub zdrowia. Co więcej - pozostawienie funkcjonalności może spowodować nieadekwatne interwencje wykonawcy w sytuacji, w której użytkownik jest zdrowy, co może doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do nieuprawnionego wezwania ZRM. Wskazać należy, iż świadczenie usług teleopieki czy usług medycznych z należytą starannością jest możliwe tylko wtedy, gdy w tym celu stosowane są precyzyjne, odpowiadające aktualnej wiedzy medycznej urządzenia. Nieracjonalne jest żądanie spełniania przez urządzenie wymagań, które realnie absolutnie nie mogą mieć wpływu na ocenę stanu zdrowia użytkownika. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane w szczególności w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów - w tym kontekście Zamawiający nie może stawiać urządzeniom wymogów, które są nadmiarowe i wręcz biorąc pod uwagę aktualny poziom wiedzy medycznej - niebezpieczne, gdyż narusza przepisy rządzące wydatkowaniem środków publicznych. Zapisy wskazują na nieefektywność opisanego przez zamawiającego rozwiązania w kontekście w/w funkcjonalności i z dużą dozą prawdopodobieństwa stanowią jedynie próbę ograniczenia konkurencji do podmiotów, które takie pseudofunkcjonalności oferują. W związku z powyższym, mając na uwadze zakres świadczonej usługi, Wykonawca wnosi o usunięcie wymogów monitoringu saturacji.

Równocześnie wskazujemy, że zgodnie z dokumentem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2023 to samorząd gminny, jako Zamawiający określa funkcje „opaski lub innego urządzenia bezpieczeństwa” w przeprowadzanym postępowaniu wyboru realizatora.

Odpowiedź Zamawiającego: Wniosek odrzucony.

Uzasadnienie: Po ponownej analizie zapisów Programu „Korpus wsparcia Seniora” Zamawiający zmienił swoje stanowisko w tej sprawie wyrażone w odpowiedzi na w/w wniosek w dniu 18.07.2023 r. Zgodnie z zapisami Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2023 i wykładnią językową wymienionej w Programie *funkcji monitorującej podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)* Zamawiający nie może podzielić na dwie równoważne. Zamawiający nie może wybrać funkcji pulsu lub funkcji saturacji, ponieważ funkcje *pulsu i saturacji* występują łącznie. Stanowisko Zamawiającego w tej sprawie jest ostateczne i nie ulegnie zmianie. W związku z tym Zamawiający odrzuci w postępowaniu oferty zawierające tylko funkcję pulsu jako funkcję monitorującą podstawowe czynności życiowe.

Grzegorz Tomaszewski

Kierownik MOPS w Wągrowcu

19.07.2023 r.